



No.	パイプ長さ(mm)	巻数
1	1000(STD)	1.5
2	2000	2.5

注記

取付時は曲げて御使用下さい。  
 但し、最小曲げ半径は、パイプ外径の5倍以上とし  
 繰り返し曲げて使用するのを避けてください。



		8	ス パ ナ	SUS	1	樹脂コーティング
		7	パッキン	PA	1	
		6	袋ナット	C3604B	1	
△	松村 藤川 北野	5	パイプジョイント	C3604B	1	
△		4	パッキン	PA	2	H <sub>2</sub> :PCTFE
△		3	袋ナット	C3604B	1	
△		2	パイプジョイント	C3604B	1	
△		1	パイプ	C1220T	1	φ8x2t
△		ITEM. NO. DESCRIPTION		MATERIAL	QTY.	REMARKS
△		番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
△		CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
△		SCALE 尺度		連 結 管 ( 笑 気 ガ ス )		
△		DATE 日付		P-06		
MARK	CHANGED	CHECK	APPR.			
記号	氏名	検図	承認			
REVISIONS				組 品 図		
訂 正 事 項						
DATE				DWG. NO. 図面番号		
日 付				YAMATO SANGYO CO., LTD. 0105-243		

