



△	6	低压圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
△	5	高压圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
△	4	ガスケット	ASTM A240 TYPE316L	2	SS-4-VCR-2(-VS)
△	3	袋ナット	ASTM A479 TYPE316	4	SS-4-VCR-1
△	2	ジョイント	ASTM A479 TYPE316	4	SS-4-VCR-3-.75LG
△	1	本体 A'ssy	SUS316	1s	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
		SR-1HLV (1/4VCR) △		
SCALE 尺度		DATE 日付		外形図
1:2		'94. 4. 5		
DRAWN 製図		CHECK 検図		
藤川		松村		

- ご注意 △
- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
 - ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
 - 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。
 - 流体がCOの場合、*のガスケットは()内の型番が付いたものとなります。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認
△	'19. 1. 7	圧力計変更及び現行に合わせ	松村 岩本	
△	'06. 4. 21	圧力計変更の為	葛西 北野	
△	'01. 12. 4	変更No. 1855	岩本 北野	

