



ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ()内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 逃し弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。配管上には別途安全弁を取り付けてください。

| ITEM. NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY. | REMARKS |
|-----------|-------------|----------|------|--------------|
| 番号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 |
| 6 | プラグ | C3604B | 1 | |
| 5 | 逃し弁 A'ssy | C3604B | 1s | |
| 4 | 出口継手 | C3604B | 1 | |
| 3 | 低圧圧力計 | Brass | 1 | ATφ60xNPT1/4 |
| 2 | 高圧圧力計 | Brass | 1 | ATφ60xNPT1/4 |
| 1 | 本体 A'ssy | C3771B | 1s | |

| | |
|----------|------------|
| SCALE 尺度 | DATE 日付 |
| 1:3 | '03. 7. 30 |
| DRAWN 製図 | CHECK 検図 |
| 藤川 | 岩本 |
| APPR. 承認 | 北野 |

YM-501HH (H₂, He)

外形図

| MARK | DATE | REVISIONS | CHANGED | CHECK | APPR. |
|------|-------------|------------|---------|-------|-------|
| 記号 | 日付 | 訂正事項 | 氏名 | 検図 | 承認 |
| △C | | | | | |
| △B | '19. 12. 26 | 現行に合わせ | 岡崎 | 岩本 | 岩本 |
| △A | '05. 2. 16 | 変更No. 2440 | 築山 | 岩本 | 北野 |

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号
1225-08

