



12	袋ナット	SUS316	1	He用
11	足ネジ	SUS316	1	He用
10	パッキン	PCTFE	1	
9	安全弁 A'ssy	SUS316	1s	弁材:FPM
8	袋ナット	SUS316	1	
7	フィルタ押エ	SUS304TP	1	
6	フィルタ	SUS316	2	
5	フィルタ受け	SUS304	1	
4	足ネジ	SUS316	1	
3	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ40xR1/8
2	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ40xR1/8
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名 _____ TITLE 品名 MSR-05

SCALE 尺度 1:1 DATE 日付 '02. 1. 11
DRAWN 製図 葛西 田中 北野 CHECK 検図 葛西 田中 北野 APPR. 承認 葛西 田中 北野
外形図

YAMATO SANGYO CO., LTD. DWG. NO. 図面番号 1257-02

注意

1. 大気中に放出した場合に危険なガスは、回収型安全弁を使用して下さい。
2. 回収型安全弁の出口側は配管接続し、ガスを回収、又は非危険地帯へ放出するようにして下さい。
3. 安全弁は本製品の保護用であり、配管を保護するものではありません。
4. 配管上には、別途安全弁を取り付けて下さい。

注記

()内の寸法は組立公差等より多少異なります。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△C					
△B	'09. 4. 1	変更	杉本	岩本	北野
△A	'02. 11. 7	変更No. 2248	葛西	田中	北野

