



注記: \*1

ガス種	CO以外	CO
品名(ガスケット)	SS-4-VCR-2	SS-4-VCR-2-VS

△B	8	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
△B	7	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ50x9/16-18UNF
△C △B	6	ガスケット	ASTM A240 TYPE316	2	注記: *1
△C	5	袋ナットB	ASTM A182 TYPE316	2	SS-4-VCR-1
	4	ジョイントB	ASTM A479 TYPE316	2	SS-4-VCR-3
△C △A	3	袋ナットA	ASTM A182 TYPE316	2	SS-8-VCR-1
	2	ジョイントA	ASTM A479 TYPE316	2	SS-6-VCR-3
	1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM. NO.		DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号		部品名	材料	数量	備考
CUSTOMER 客先名			TITLE 品名		

ご注意

- 製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。
- ( )内の寸法は組立公差等より多少異なります。
- 本製品に逃し弁は付きません。配管上には別途安全弁を付けてください。

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	CHECK	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	検図	承認
△C	'25. 5. 15	材質誤記訂正	田中	岡崎	岩本
△B	'19. 12. 27	圧力計変更及び修正	岡崎	岩本	岩本
△A	'18. 2. 8	誤記修正	岡崎	岩本	岩本

SCALE 尺度	DATE 日付
1:2	'18. 1. 30
DRAWN 製図	CHECK 検図
岡崎	岩本
APPR. 承認	岩本

SR-2HH (3/8VCR)

外形図

YAMATO SANGYO CO., LTD.

DWG. NO. 図面番号  
1297-05

