



注記：入口圧力が7MPaを超える炭酸ガスの場合、減圧弁内部でドライアイスが発生し、ガスを止めた時に少量のガスが安全弁から放出される場合があります。

△()内の寸法は組立公差等より多少異なります。

8	パッキン	PCTFE	1	
7	袋ナット	SUS316	1	
6	足 ネ ジ	SUS316	1	
5	安 全 弁	SUS316	1	
4	継 手	POM	1	
3	低圧圧力計	SUS316	1	ATφ50×R1/4
2	高圧圧力計	SUS316	1	ATφ50×R1/4
1	本体 A'ssy	SUS316	1s	
ITEM, NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番 号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度		NHW-1S		
DATE 日付				
1:2		'05.11.30		
DRAWN 製図		CHECK 検図	APPR. 承認	外 形 図
岩本		藤川	北野	
YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号		1275-05
				△
				標